



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr	Nazwa, zdjęcie poglądowe	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	<p>Inhalator</p> 	<p>Inhalator tłokowy do podawania wszelkiego rodzaju leków. Wyrób medyczny. Urządzenie do terapii dróg oddechowych zgodne z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi układów nebulizujących stosowanych do podawania ludziom leków w postaci aerozolu przez układ oddechowy.</p> <p>Wymagane normy: EN 60601-1, EN 13544-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-2.</p> <p>Maksymalne ciśnienie kompresora: 2,41 – 3,45 bar (241-345 kPa) Ciśnienie pracy: 0,62 – 1,10 bar (62 – 110 kPa) Maksymalny przepływ powietrza: 7 – 11 l/min Prędkość przepływu podczas pracy: 5 - 8 l/min Średnica cząstek aerozolu MMAD: 3 mikrony Fracja respirabilna: > 78%</p> <p>Praca: ciągła Poziom hałas: ok. 50 dBa Pojemność zbiornika: 6 cc (6 ml) Waga: 1,15 kg Wymiary: 150 x 140 x 95 mm Inhalator z torbą.</p> <p>Produkttypu Omnibus BR-CN116 lub równoważny</p>	Szt.	20

2	<p>Zestaw akcesoriów do inhalatora z poz. 1</p> 	<p>Kompletny zestaw akcesoriów do inhalatora określonego w poz. 1.</p> <p>Zestaw akcesoriów obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- nebulizator - zbiornik na lek (rozpylacz)- maska dla dorosłych z gumką- maska dla dzieci z gumką- ustnik kątowy- końcówka nosowa- przewód powietrza do inhalatorów- zapasowe filtry powietrza - 5 sztuk <p>Dane techniczne nebulizatora:</p> <ul style="list-style-type: none">- Średnica cząstek aerozolu MMAD: 3 mikrony- Frakcja respirabilna: > 78%- Pojemność zbiornika: 6 cc (6 ml)	Zestaw	200
---	---	--	--------	-----

- Oferowane produkty muszą posiadać wszelkie wymagane aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i certyfikaty.
- Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia (np. certyfikaty, atesty, karty charakterystyki, karty katalogowe, karty produktu, karty techniczne itp.)
- Zamieszczone powyżej zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.
- Zaleca się powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wszystkie produkty zostały wniesione do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.